

令和3年7月6日

(一社) 富田林薬剤師会
ワクチン接種協力各位

(一社) 富田林薬剤師会
会長 大橋 甲三郎

確認事項

お世話になります。

報道でもありましたが、国から支給される針、シリンジが変わりました。

少々吸いにくくなり、空気も入ることがありますが慎重にして頂ければ、6本とることは可能となっています。

しかしながら、希釈ミス（1. 8mlより少なかったため、6本目にはワクチンがほとんど残って取れず、しかし取れた5本は濃度が高くなっているため使用できず）、調製ミス（希釈用のシリンジと調製用のシリンジが混同されたためうまく調整できなかった）などが発生し、ワクチンを廃棄しているという報告を受け、注意喚起させていただきます。

- ① 希釈液1, 8mlを吸ったら、必ず横の先生に見てもらって確認してください。（横の先生も作業をしていますのでタイミングを見計らって行って下さい）
- ② 調製済みのワクチンも上記同様に0. 3mlの確認をしてもらって下さい。
- ③ 希釈用のシリンジはそのトレーに、調製用のシリンジはそのトレーにありますのでそこから、まず希釈用のシリンジ1本を手元に置き希釈して、それから調製用のシリンジ6本を手元に置き調製して下さい。

やりにくい物での作業でご面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。